FICHE PRODUIT - DATA SHEET - M1.610

VETEK

MASSES A SUSPENDRE A FENTE 7 mm de 100 g (1 N) à 20 kg (200 N)

HANG MASSES WITH 7 mm SLOT FROM 100 g (1 N) TO 20 kg (200 N)

M1 classe

Utilisation - *Use*

Masses à suspendre à fente, masses à crochet Classe M_1.

Ces masses peuvent être utilisées dans diverses applications telles que la mesure de pression, de couple, les essais de résistance et de traction.

L'ajustage et l'étalonnage de chaque masse ainsi que leur identification individuelle permettent de garantir des mesures rigoureuses.

Hang masses and masses with hook(s) M1 classe

These masses can be used in a variety of applications such as pressure, torque and tensile strength testing.

Adjustment and calibration of each mass as well as its individual identification number guarantee highly accurate weight calculations.

Description - *Description*

Masses - *Mass*	
Matière *Material*	**Masse volumique** *Density*
Laiton *Brass*	**8400 ± 170 kg/m³**

Rugosité *Roughness*	**Rz(µm) < 5** **Ra(µm) < 1**

Cavité d'ajustage *Adjusting cavity*	

Identification *Identification*



Tige - *Stem*	
Matière *Material*	**Masse volumique** *Density*
Acier *Steel*	**8000 ± 150 kg/m³**



Caractéristiques techniques - *Technical specifications*

Le système est composé d'un support avec crochet et de différentes masses à fente qui viennent se positionner sur le support afin de constituer un poids global. Le support est réalisé en acier inoxydable, les masses à fente en laiton.
L'ajustage de ces masses peut être réalisé en kilogramme ou en Newton.
Par ailleurs, le support peut être adapté, en dimensions et valeurs nominales, à vos besoins.

This system is composed of a holder with a hanger from which you can stack and hang your slotted weights. The holder is made of stainless steel, the slotted weights of brass.

These weights can be adjusted in kg or Newtons.

In addition, the dimensions and nominal values of the holder can be adapted to your requirements.

Cavité d'ajustage fermée par vis sans tête (sur demande par pastille plomb)

Adjusting cavity closed by headless screw (by lead plug on request)

Magnétisation permanente inox < 250 µT

Permanent magnetisation

	Masses *Mass*					**Tige** *Stem*
Valeur nominale *Nominal value*	**100 g 1 N**	**200 g 2 N**	**500 g 5 N**	**1 kg 10 N**	**2 kg 20 N**	**100 g 1 N**
Référence (kg) *Reference*	**107 1612**	**108 1612**	**109 1612**	**201 1612**	**202 1612**	**210 1912**
Référence (N) *Reference*	**804 1612**	**805 1612**	**806 1612**	**807 1612**	**808 1612**	**815 1912**
A (kg)	**7**	**9,5**	**13**	**16,3**	**32,2**	**120**
A (N)	**7,2**	**9,7**	**13,3**	**16,6**	**33,2**	**120**
Ø B	**49**	**59**	**79**	**99**	**99**	/
EMT ± δm en mg *MPE ± δm in mg*	**5**	**10**	**25**	**50**	**100**	**5**

EMT : Erreurs Maximales Tolérées - *MPE : Maximum Permissible Errors*
Dimensions en mm - *Dimensions in mm*

En option - *Options*

cofrac ACCREDITATION N° 2.1218 ETALONNAGE Portée disponible sur www.cofrac.fr

Etalonnage
Calibration

Nos accessoires - *Accessories*

Valise plastique
Plastic case

660 0000

Gants coton
Cotton gloves

Vetek Weighing AB, Hantverksvägen 15, 764 93 Väddö, Sweden,
Tel. +46 176208920 Email info@vetek.com www.vetek.com